

നം. എ1- 1557/2022(6)

ജില്ലാ ആശുപത്രി, തിരൂർ

ghtirur@gmail.com

PH: 0494-2972000

തീയതി. 10/10/2022

### കാട്ടേഷൻ പരസ്യം

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 വാർഷിക പദ്ധതി(നം.S0495/23)-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ മോഡുലാർ ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ OT light shadow -less ceiling mount Single dome-1 No. നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ സഹിതം ലഭ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ, വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

#### OT light shadow -less ceiling mount Single dome - 1 No.

##### Specifications:

- ❖ Light output should be minimum 1,00,000 lux at 1 meter distance
- ❖ Diameter of the dome should be less than 650mm
- ❖ Minimum light filed size should be 200mm
- ❖ Colour Temperature should be between 4000EsK to 5000EsK
- ❖ Should have short circuit protection for the low voltage power supply
- ❖ Spare bulbs should be supplied
- ❖ Minimum spring arm stroke of 500mm
- ❖ Should have minimum action radius of 1500mm
- ❖ Input supply- 230Vac, 50Hz
- ❖ Should have safety certificate a competent authority CE issued by a notified body register in the European commission

കാട്ടേഷൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 26/10/2022

#### കാട്ടേഷൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ട മേൽവിലാസം

സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി, തിരൂർ, തൃക്കണ്ടിയൂർ.പി.ഒ  
മലപ്പുറം ജില്ല, പിൻ- 676104.

~~( )~~

കുട്രേഷൻ കവറിന് പുറത്ത് ജില്ലാ ആശുപത്രി, തിരൂർ - O.T. യിലേക്ക് shadow -less ceiling mount Single dome എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം.



*[Handwritten Signature]*  
സൂപ്രണ്ട്  
SUPERINTENDENT  
DISTRICT HOSPITAL  
TRUR - 676 104

❖ നോട്ടീസ് ബോർഡ്

- പകർപ്പ്: (1) സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം (നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതിന്)  
(2) സെക്രട്ടറി, നഗരസഭ, തിരൂർ (നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതിന്)  
(3) തഹസിൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, തിരൂർ.  
(4) സബ് ട്രഷറി, തിരൂർ.

എസ്.കെ..